

依据《豫(2025-50-3-169号)》及项目“国家重大传染病防治基地建设”

中支生. 编号: (2025002)

资金来源: 财政



河南省人民医院·医学装备部
HENAN PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL

赵笑之

2026.2.12

河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字第 YSBG-20260103

预算项目编码		预算项目名称	手术显微镜
设备名称	手术显微镜	设备型号	PENTER0800S
设备数量	1	设备品牌	蔡司
序列号	6410920047	设备单价(元)	4586800.00
设备安放地点	1号楼3楼	设备总价(元)	4586800.00
设备归属科室	麻醉科	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2025-1513
销售公司名称	河南翰祥医疗器械有限公司	销售公司联系人/电话	齐文凤 15539275108
生产厂家电话	0512-67656619	销售公司负责人/电话	齐文凤 15539275108
工程师及联系电话	邓磊 18595520807	销售公司固话	--

主要配置: 详见配置清单.

验收项目	备注	验收项目	备注
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格	<input type="checkbox"/> 生产厂家、供应商资质	已提供
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证	苏械注准20252061059	<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--
<input type="checkbox"/> 医疗器械相关认证证书	已提供	<input type="checkbox"/> 操作使用培训	已培训
<input type="checkbox"/> 技术资料(说明书、维修手册)	已提供	<input type="checkbox"/> 操作规程	交使用科室
<input type="checkbox"/> 维修密码	无	<input type="checkbox"/> 运行正常	运行良好
<input type="checkbox"/> 发票复印件	已提供	<input type="checkbox"/> 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 国家重大传染病防治基地建设项目

验收过程存在问题:	无		
使用科室负责人		医学装备部验收人员	
医学装备部负责人		采供处负责人	
保修年限:	72个月	验收合格日期:	2026年2月12日

医学装备部·制