

## 政府采购进口产品专家论证意见表

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述:	
<p>开封眼病医院作为专科医院复杂病例多,设备使用频率高,需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下,具有较高的稳定性,术中的中文语音系统提示,脚踏无线连接模式,断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展,减少手术时间,并发症。</p>	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p>专家姓名: <i>孙明</i>      工作单位: <i>河南建设设计</i>      职称: <i>工程师</i></p> <p>论证意见:</p> <p style="text-align: center;"><i>进口品牌相比国产品牌具有稳定性和可靠性,且技术产品质量优,使用寿命长,故障率低,同意采购进口品牌。</i></p> <p style="text-align: right;">专家签字: <i>孙明</i></p> <p style="text-align: right;">2025年8月13日</p>	