



采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	射频治疗仪 1 台
拟采购产品金额	38.4 万元
采购项目所属项目名称	安阳市中医院皮肤疮疡科医疗美容进口类（包 1）：Q-k 开关 Nd: YAG 皮秒激光治疗仪 1 台、射频治疗仪 1 台
采购项目所属项目金额	128.4 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
射频治疗仪原理为超声+射频二元技术，国产设备暂无技术，目只有单独的射频技术，技术与临床效果上不够成熟和稳定，治疗过程中加热能量不稳定，容易造成灼伤。而进口设备的超声与射频结合的设备在临床使用上已有稳定的疗效和成果，且安全性更高，稳定性强，故障率低，技术成熟。故申请购置进口产品。	
专家论证意见	
射频治疗仪主要用于治疗面部、眼部、口周、下颌的皮肤的紧致与提升，用于皮肤组织加热以改善皮肤皱纹的非侵入性治疗，属于美容项目，对技术要求、设备精度要求很高。目前国产设备治疗精细程度，治疗效果，无法达到进口设备相应的治疗效果	
进口设备治疗深度范围大，手具发射次数无限制，且安全性高，疗效稳定，能更好的满足临床使用需求。且该设备不属于国家法律规定限制进口产品，故建议采购进口产品。	
 .专家签字:	
2024 年 10 月 28 日	

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	Q-k 开关 Nd: YAG 皮秒激光治疗仪 1 台
拟采购产品金额	90 万元
采购项目所属项目名称	安阳市中医院皮肤疮疡科医疗美容进口类（包 1）：Q-k 开关 Nd: YAG 皮秒激光治疗仪 1 台、射频治疗仪 1 台
采购项目所属项目金额	128.4 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
1. 设备参数方面： 拥有更加先进的激光发射装置（设备核心部件），进口设备具有两种波长可针对不同层次的色素治疗，适用范围广。	
2. 疾病治疗方面：皮秒激光从功能、能量以及治疗广泛性上来说都是目前最先进色素性病治疗设备，掌握了皮秒激光等于把握了未来色素性病治疗的方向。	
3. 科室想要在科研上有所突破就必须依赖于先进的设备探索未知的治疗领域。只有在高性能设备治疗下得出的数据才具有科研意义。	
专家论证意见	
进口产品优势：1. 皮秒脉宽 500ps 以下。 2. 1064nm 治疗真皮色素适应症；532nm 针对表浅皮色素适应症 3. 峰值功率达到 1.33GW，此峰值功率的皮秒激光才能击碎清除大颗粒的色素。 目前国产设备对一部分疾病无法实现更加有效的治疗，不能满足临床需求，而进口设备可打破现有技术壁垒，满足临床需求，且该设备不属于国家法律规定限制进口产品，故建议采购进口产品。	
专家签字：	
	
日期：2024 年 10 月 30 日	