

单一来源采购方式专业人员论证意见表

项目名称	祥符区第一人民医院内镜中心设备采购项目
项目金额	1007000.00 元
项目背景以及单一来源采购理由	<p>电子内窥镜(电子胃镜)及电子结肠内窥镜(电子肠镜)电子胃肠镜系统分为主机和镜子两部分,目前医院现用的主机为日本奥林巴斯 190 主机产品,为确保整个系统设备的稳定性,同一品牌的主机只能兼容同一品牌的镜子使用,拟购置的电子胃镜只能采购原厂产品,才能与主机兼容使用,保证新增接口与现有主机的配套性和一致性。根据符合《中华人民共和国政府采购法》第 31 条之规定,拟采用单一来源的方式招标采购。</p> <p>因开封市祥符区第一人民医院现有奥林巴斯主机一套,现因临床业务扩展需购置电子胃镜一条,电子肠镜一条。现因市场不同品牌的技术开发、工作原理不同,且各个品牌的内镜设备不能够互相兼容,为保证原有机器的兼容性,旨在减少设备采购成本,做到与主机更好的兼容匹配,现申请采购奥林巴斯牌电子胃镜 1 条,电子肠镜 1 条与原有主机配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第 31 条之规定。特采用单一来源方式采购。</p>
专业人员论证意见	<p>拟购设备为电子胃肠镜,目前医院现有主机为日本奥林巴斯产品,为保证该设备的兼容性和新增接口与现有主机的配套性、一致性。根据《政府采购法》第 31 条规定,建议单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: <u>陈彦</u> 工作单位: <u>开封市医学科学院</u></p> <p>职 称: <u>高级</u> 联系电话: <u>13839962167</u> 2024. 11. 27.</p>
备注	<p>专家论证意见栏须手写填入,专家人数至少三人(副高以上职称特殊专业条件适当放宽,院外专家不少于 2 人),要求填写内容客观真实,该表格存档备案。</p>