

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）
拟采购产品名称	飞利浦 16 排 CT 球管
拟采购产品金额	58 万
采购项目所属项目名称	尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）飞利浦 16 排 CT 球管维修更换服务项目
采购项目所属项目金额	58 万
二、申请事由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）目前使用的 X 射线计算机体层摄影设备为飞利浦设备，为设备安全运行与原系统相匹配，及便于维修保养与使用管理，本次采购继续使用飞利浦配套 CT 球管设备，考虑到国内同类产品制造工艺、稳定性、兼容性与进口产品有差距，特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
球管是 CT 机的主要部件，其球管管架和接口的形式以及电流的大小，接线的形式等都要与主机匹配，另外，根据该器械说明书规定，该设备发生故障时需要停止使用，通知生产厂家或当地的厂家维修，因此只能采购原厂配件，国内生产的产品无法使用。 专家签字：_____ 2025 年 2 月 10 日	