

政府采购进口产品专家论证意见


一、基本情况	
申请单位	浙川县第二人民医院
拟采购产品名称	64 排 CT 球管
拟采购产品金额	98 万
采购项目所属项目名称	浙川县第二人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	98 万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：本项目拟采购的球管型号为 D3187T，系浙川县第二人民医院 GE64 排 CT 专用配套部件。由于该球管使用周期已满，截至目前国内仍无制造商生产适配该主机的同型号专用球管，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
申请单位使用 GE64 排 CT 球管已使用年限 (球管型号为 D3187T)，需更换球管。目前国内尚无厂家生产同型号之专用球管，无法满足采购需求。为保证更换球管与设备电气性能相匹配、结构尺寸相吻合，更好地与主机相匹配，以获得成像质量，确保安全性能，建议采购原厂进口产品。	
专家签字：	李宇亮
2025 年 8 月 12 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浙川县第二人民医院
拟采购产品名称	64 排 CT 球管
拟采购产品金额	98 万
采购项目所属项目名称	浙川县第二人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	98 万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：本项目拟采购的球管型号为 D3187T，系浙川县第二人民医院 GE64 排 CT 专用配套部件。由于该球管使用周期已满，截至目前国内仍无制造商生产适配该主机的同型号专用球管，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
本项目拟购产品 64 排球管不属于《中国禁止进口限制进口产品技术目录》中的产品； 该产品系采购人在用 64 排 CT 的配套部件，而且 ②内无替代产品（即原装）； 根据《政府采购法》第十条第一项、《政府采购进口产品管理办法》第七条规定，该产品可以采购进口产品。 专家签字：  2025 年 8 月 12 日	

√

政府采购进口产品专家论证意见


一、基本情况	
申请单位	浙川县第二人民医院
拟采购产品名称	64 排 CT 球管
拟采购产品金额	98 万
采购项目所属项目名称	浙川县第二人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	98 万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：本项目拟采购的球管型号为 D3187T，系浙川县第二人民医院 GE64 排 CT 专用配套部件。由于该球管使用周期已满，截至目前国内仍无制造商生产适配该主机的同型号专用球管，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
申请单位拟采购的产品不属于《国际禁止进口、限制进口技术目录》中的禁止进口、限制进口产品，拟采购的球管型号为 D3187T，系申请单位 GE64 排 CT 专用配套部件，由于截至目前国内仍无制造商生产适配该 GE64 排 CT 主机同型号专用球管，根据《政府采购法》第三十一条及《政府采购进口产品管理办法》第七条之规定，因中国境内无法获取，故为采购进口产品。 专家签字：  2025 年 8 月 12 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浙川县第二人民医院
拟采购产品名称	64 排 CT 球管
拟采购产品金额	98 万
采购项目所属项目名称	浙川县第二人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	98 万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：本项目拟采购的球管型号为 D3187T，系浙川县第二人民医院 GE64 排 CT 专用配套部件。由于该球管使用周期已满，截至目前国内仍无制造商生产适配该主机的同型号专用球管，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
国内目前尚无厂家生产型号为 D3187T 球管，且国内同类产品无法与此部件的电气性能相匹配、结构尺寸相吻合，也不能与主机相匹配，不能满足临床需求。为保障设备安全运行，确保高质量运行，须采购原厂配件，即 64 排 CT 球管。	
专家签字：	高东辉
2025 年 8 月 12 日	

√

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浙川县第二人民医院
拟采购产品名称	64 排 CT 球管
拟采购产品金额	98 万
采购项目所属项目名称	浙川县第二人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	98 万
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：本项目拟采购的球管型号为 D3187T，系浙川县第二人民医院 GE64 排 CT 专用配套部件。由于该球管使用周期已满，截至目前国内仍无制造商生产适配该主机的同型号专用球管，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
采购人拟采购的产品不在《中国禁止进口限制进口货物目录》中，国内同类产品无法满足采购人工作需求，依据《政府采购法》第十条与《政府采购进口产品管理办法》第七条规定，采购人在购买进口产品。 专家签字： 	
2025 年 8 月 12 日	

✓